

项目编号：LZSZYYYCGYJ2025(18)

泸州市中医医院大山坪院区污水 处理在线监测设备采购项目

邀 请 竞 价 文 件

泸州市中医医院 编制

2025 年 9 月

目录

第一章 竞价邀请	2
第二章 供应商须知	5
一、供应商须知前附表	5
第三章 供应商应提供的响应资料	7
一、供应商资格条件相关证明材料	7
二、承诺函	8
三、授权委托书	9
四、报价表	10
五、供应商认为需要提交的其他文件和资料	12

第一章 竞价邀请

我院拟对泸州市中医医院大山坪院区污水处理在线监测设备采购项目进行邀请竞价，兹邀请符合本次竞价要求的供应商参加。

一、项目编号：LZSZYYCGYJ2025(18)

二、项目名称：泸州市中医医院大山坪院区污水处理在线监测设备采购项目

三、资金预算（最高限价）：**最高限价 47000 元，超过最高限价的报价作无效处理。**

四、项目清单：本项目共计 1 个包，采购清单及技术参数要求详见第三章 四 报价表。

五、供应商邀请方式

本次邀请竞价采用发布公告方式邀请参加的供应商。公告发布平台为：泸州市中医医院官网 (<http://www.lzszyyy.com>)。

六、供应商参加本次邀请竞价活动，应当在提交响应文件前具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力【①参与邀请竞价的供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书.组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均在响应文件中提供复印件】；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【提供承诺函】；

（三）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函】；

（四）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力【提供承诺函】；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规【提供承诺函】。

（六）其他特殊要求：无

七、邀请竞价文件发放时间、地点：

1. 邀请竞价文件发放时间：**自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 10 月 9 日上午 8：00—12：00，下午 14：30—17：30 止**（北京时间，节假日除外）

2. 邀请竞价文件获取：请将公司资质（营业执照等）联系人及联系电话发送到邮箱 415310355@qq.com 后免费获取，供应商参选资格不能转让。

3. 报名方式：网上报名获取邀请竞价文件。

八、递交响应文件截止时间：**2025 年 10 月 11 日上午 8:30 时止**（北京时间）。

文件接收时间：**2025 年 10 月 11 日上午 8:30(北京时间)** 以前密封递交至医院综合采购部。逾期送达的响应文件恕不接受。（本项目供应商不用现场参加开标，只需在规定递交响应文件截止时间之前将相关资料密封送达或邮寄至综合采购部办公室即可。邮寄地址：泸州市纳溪区杏林路 80 号泸州市中医医院城南院区行政综合楼 8 楼综合采购部办公室，收件人：宋女士，电话 08302962180）。

九、递交响应文件地点：泸州市中医医院城南院区行政综合楼 8 楼综合采购部办公室。

十、响应文件开启时间：**2025 年 10 月 11 日上午 8:30 时**（北京时间）。

十一、开启地点：泸州市中医医院城南院区行政综合楼 8 楼综合采购部办公室。

十二、定标方式：**符合要求且报价最低的供应商为成交人。**

十三、联系方式

采购人：泸州市中医医院

报名联系人：宋女士 电话：08302962180

项目咨询人：陈先生 电话：18181174201

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	名称：泸州市中医医院
2	项目名称及编号	泸州市中医医院大山坪院区污水处理在线监测设备采购项目 LZSZYYCGYJ2025(18)
3	预算金额 (最高限价)	最高限价47000元，超过最高限价的报价作无效处理。 注：请供应商仔细核对报价表
4	采购方式	邀请竞价
5	邀请竞价办法	最低价中标
6	供货期限	合同签订生效后2个月内完成供货安装及调试。
7	联合体投标	本次不接受联合体投标。
8	构成邀请竞价文件 的其他文件	邀请竞价文件的澄清、修改书及有关补充通知为邀请竞价文件的有效组成部分。
9	响应文件有效期	提交响应文件截止之日起90天
10	邀请竞价保证金	本项目不收取投标保证金。
11	备选邀请议价方案	不接受备选邀请竞价方案。
12	签字盖章	供应商必须按照邀请竞价文件的规定和要求签字、盖章。
13	响应文件份数	1份
14	响应文件外层密封 袋的标注	项目名称、包号、供应商名称
15	递交响应文件地点	泸州市中医医院综合采购部办公室
16	开启时间和地点	开启时间：2025年10月11日上午8:30时（（北京时间））。 开启地点：泸州市中医医院城南院区行政综合楼8楼综合采购

序号	条款名称	说明和要求
		部办公室（泸州市纳溪区杏林路80号）。
17	文件解释权	本次采购非政府采购，邀请竞价文件解释权归采购人。
18	进出场及现场管理	严格服从医院的管理要求。

第三章 供应商应提供的响应资料

一、供应商资格条件相关证明材料（实质性要求）

1. 具有独立承担民事责任的能力【①参与邀请竞价的供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书. 组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均在响应文件中提供复印件】；

二、承诺函（实质性要求）

致：泸州市中医医院

本公司（公司名称）参加（项目名称）（项目编号：）的邀请竞价活动，现承诺我单位：

1. 我方具有独立承担民事责任的能力；
2. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
5. 我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；
6. 我方满足法律、行政法规规定的其他条件；
7. 我方承诺：我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录；
8. 我方承诺完全接受和满足本项目邀请竞价文件中规定的实质性要求（如低于成本价不正当竞争预防措施、投标费用、充分、公平竞争保障措施、响应文件的语言、计量单位、投标货币、联合体投标、知识产权、投标保证金、投标有效期、合同分包、合同转包、行贿犯罪相关要求等实质性要求），如对邀请竞价文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对邀请竞价文件有异议的同时又参加邀请竞价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商（参选人）名称：（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

邀请竞价日期：

三、法定代表人授权书（实质性要求）

法定代表人授权书

致：泸州市中医医院

本授权声明：（供应商名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“ ”项目（项目编号）邀请竞价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关竞价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

注：1. 法定代表人亲自参与比选，可不提供授权书，但需提供法定代表人身份证复印件。
2. 需附授权代表身份证复印件和法定代表人身份证复印件（正反面）；

法定代表人身份证复印件正反面：

被授权人身份证复印件正反面：

供应商（参选人）名称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

四、报价表（实质性要求）

项目名称：泸州市中医医院大山坪院区污水处理在线监测设备采购项目

项目编号：LZSZYYCGYJ2025（18）

产品名称	数量（套）	投标品牌（生产厂家）、规格型号、技术参数	供应商报价（元）
污水处理在线监测设备	1		
大写：			

1. 报价要求：供应商的报价是供应商响应邀请竞价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括为本次所提供产品的生产、保险、代理、运输、人工、安装调试、设备检测及报告出具、验收、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。**超过最高限价的报价作无效处理。**

2. 以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。

3. 交货地址：泸州市中医医院采购人指定地点。

4. 供货期限：合同签订生效后 2 个月内完成供货安装及调试。

5. 付款方式：验收合格，采购人凭供应商出具的正式发票在 15 个工作日内支付合同金额的 95%，剩余 5%作为质量保证金，待设备验收合格正常运行两年后无质量问题一次性付清。

6. 设备参数及功能要求

（1）余氯监测功能参数要求：符合 CJJ/T271-2017《城镇供水水质在线监测技术标准》要求，测量范围 0.00~20.00mg/L，示值误差 $\leq \pm 5\%$ ，重复性 $\leq 2\%$ ，分辨率 0.001mg/L，测量时间：2~10min，响应时间 $\leq 1s$ 。

（2）PH 监测功能参数要求：符合 HJ/T96-2003《PH 水质自动分析仪技术要求》测量范围 0~14pH，允许误差 $\leq \pm 0.03PH$ ，分辨率 0.01pH，重复性 $\leq 0.03PH$ 。

（3）设备至少支持 RS485modbusRTU 信号输出，可开放协议，仪器可内接物联网卡或使用有线网络通讯，数据可实时上传至云平台并可远程操作仪器。

（4）余氯需带自动清洗功能，余氯检测传感器采用即插式。

（5）设备至少具备数据存储、查看、显示、读取功能，数据存储日期至少一年。

（6）在采购人提供数采仪协议接口参数后，负责完成设备与数采仪的对接调试工作，并确保数据稳定上传。

7. 质保与售后服务要求

7.1 质保期：供应商提供的所有设备、配件及软件系统质保期均为自验收合格之日起 2 年。

7.2 质保范围：在质保期内，凡因设备本身质量问题（包括设计、材料、制造、工艺缺陷等）导致的任何故障或损坏，均由供应商负责提供免费的维修、更换配件及技术支持。前述“质量问题”不包括因采购人人为操作失误、滥用、不可抗力（如雷击、洪水、火灾、战争等）或外部环境因素（如供电系统异常、极端工况超出设计范围）所导致的问题。

7.3 故障处理：若同一核心功能单元或关键配件（如：测量电极、光源、泵、阀等）在质保期内因质量问题累计发生两次及以上同类故障，供应商必须无偿整体更换该功能单元/模块，以确保设备的长期稳定运行，且更换后的部件质保期应自更换之日起重新计算。

7.4 响应时间：供应商须提供 7×24 小时技术支持热线，在接到故障通知后 2 小时内响应，并根据故障严重程度与采购人项目管理部门协商确定修复方案，必要时派遣工程师在 24 小时内抵达现场进行处理。

7.5 因供应商未按合同约定履行维修责任，导致在线监测设备数据缺失、失真或联网中断，进而使采购人受到行政主管部门处罚的，由此产生的一切罚款、滞纳金等直接经济损失均由供应商承担，采购人有权向供应商进行追索。

8. 设备培训要求

8.1 培训责任：供应商应在设备安装调试完成后、最终验收前，免费为采购人提供不少于一次的系统性现场技术培训。

8.2 培训内容：培训须全面覆盖以下内容：

- ①理论原理：设备的基本工作原理、系统构成及技术特点。
- ②实操演练：设备的日常操作流程、使用方法、数据查询与导出、常规校准步骤。
- ③维护保养：日常维护要点、常见故障诊断与排除方法、耗材更换周期与操作。
- ④安全须知：操作安全规范、用电安全、化学品使用安全（如适用）及应急处理措施。
- ⑤法规政策：相关环保政策法规对设备运行和数据有效性的要求解读。

8.3 培训对象与方式：供应商应针对采购人的设备操作人员、维护工程师及管理人员等进行针对性培训，采用现场讲解、实操演示、手册对照与疑问解答相结合的方式，确保培训人员能独立完成各项操作。

8.4 培训交付物：供应商需提供完整的中文版培训教材（电子版及打印版）、操作与维护手册。培训完成后，双方需共同签署《培训完成确认书》，并附参会人员签到表。

9. 其他要求

9.1 供应商需根据实际水污染源排放特点及建设情况，编制水污染源在线监测系统运行与维护方案以及相应的记录表格并移交采购人。

9.2 供应商应按照 HJ/354-2019《水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N 等）验收技术规范》对 PH 监测单元进行比对检测验收并提供具有 CMA 检测标志的检测报告。

9.3 设备交付使用时，移交全套设备档案资料，如说明书、操作手册、维护保养手册、出厂合格证、质保书/证等。

10. 项目验收：所有设备完成安装调试且正常运行 72 小时后，由采购人项目管理部门现场进行验收。

注：以上实质性条款均不允许负偏离，否则视为无效报价（供应商须在响应文件中体现上述条款）。

供应商（参选人）名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

邀请竞价日期：年 月 日。

五、供应商认为需要提交的其他文件和资料